



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

г. Иркутск, 664048,
ул. Ярославского, 300
тел. 44-31-30, 44-75-18

от 01.12.16 № 1465

Ответ на запрос от 29.11.2016 г. на разъяснение положения документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку перчаток медицинских для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

В ответ на запрос от 29.11.2016 г. на разъяснение положения документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку перчаток медицинских (номер извещения 31604324307) для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее – Документация о закупке) сообщаем нижеследующее.

№ п/п	Раздел докумен тации о закупке	Содержание запроса на разъяснение положений документации о закупке	Результат рассмотрения запроса																
1.	Раздел 4 докумен тации о закупке «Техническое задание на поставк у перчаток медицин ских»	<p>В разделе 4. Технического задания на поставку перчаток медицинских содержится позиция:</p> <table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>Перчатки смотровые нестерильные латексные неопудренные гладкие, длина перчатки 23-25см</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Размер S</td> <td>пара</td> <td>106 840</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Размер M</td> <td>пара</td> <td>105 950</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Размер L</td> <td>пара</td> <td>30 860</td> </tr> </table> <p>Такой позиции нет. Перчатки смотровые могут быть либо гладкие и опудренные, либо текстурированные неопудренные. Просим вас внести изменения и откорректировать данную позицию или исключить ее из закупки.</p>	3	Перчатки смотровые нестерильные латексные неопудренные гладкие, длина перчатки 23-25см			3.1	Размер S	пара	106 840	3.2	Размер M	пара	105 950	3.3	Размер L	пара	30 860	Перчатки, соответствующие характеристикам, предусмотренным п. 3 «Технического задания на поставку перчаток медицинских», изготавливаются рядом производителей. Например, Vogt Medical GmbH (Германия), Raysen (Tianjin) Healthcare Products Co., Ltd. (Китай), ALBENS, (Малайзия), "Semperit technische produkte gesetlshaft m.b.h", (Тайланд), "Maxter glove manufacturing sdn bhd" (Малайзия).
3	Перчатки смотровые нестерильные латексные неопудренные гладкие, длина перчатки 23-25см																		
3.1	Размер S	пара	106 840																
3.2	Размер M	пара	105 950																
3.3	Размер L	пара	30 860																

Главный врач



Handwritten signature

Ж.В. Есева