

ПРОТОКОЛ № 201

рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку стоматологической установки для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

09.12.2016 г.

Дата и время рассмотрения заявок: 09 декабря 2016 г. в 10.00 часов.

Место рассмотрения заявок: г. Иркутск ул. Ярославского, 300, каб. 401

Начальная (максимальная) цена договора 860 536,00 рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Баумана, 214А.

Срок (период) поставки: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания договора.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Начальник экономического отдела Островская Т.Б.
Член комиссии	Экономист Козлов М.А.
Член комиссии	Юрисконсульт Буянов В.А.

1. Список участников размещения заказа, подавших котировочные заявки не позднее срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок, в очередности по мере поступления заявок:

№ п/п	Регистрационный № заявки, дата, время	Наименование участника (для физ. Лиц – Ф.И.О.)	Почтовый адрес участника	Контактный телефон участника
1	№ 370 от 08.12.2016 12ч 05мин	Общество с ограниченной ответственностью «Блик-Трейд»	664025, г. Иркутск, ул. 228	(3952) 33-45-00, 200-982

2. Сведения о наименовании и количестве:

№	Наименование оборудования, характеристики (качественные, функциональные)	Требуемые функции или величина параметра
	Стоматологическая установка	1 шт.
	Технические характеристики	
1.1	Стоматологическая установка	наличие
1.1.1	Номинальное напряжение питания установки	230В ±10%
1.1.2	Номинальная частота	50Гц ± 2%
1.1.3	Потребляемая мощность	1500 VA ± 10%
1.1.4	Энергоблок совмещенный с блоком плевательницы стационарной	наличие
1.1.5	Входное давление воздуха	0,45-0,8МПа
1.1.6	Входное давление воды	0,3-0,6МПа
1.1.7	Степень защиты от поражения электрическим током	прибор типа В
1.1.8	Тип защиты от поражения электрическим током	прибор класса 1
1.2	Столик врача с нижней подачей шлангов на пантографическом плече	наличие
1.2.1	Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест)	наличие
1.2.2	Регулировка воды одним регулятором для всех инструментов	наличие
1.2.3	Максимальная нагрузка на столик врача	не более 0,5кг
1.2.4	Поддон из нержавеющей стали столика врача	2шт.